

Wir

We

**B. Braun Avitum AG**  
**Schwarzenberger Weg 73-79**  
**34212 Melsungen**  
**Germany**erklären in eigener Verantwortung,  
dass das/die Produkt/e**AQUAbase nX**

(Artikelnummern siehe Anlage I)

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien  
übereinstimmt/übereinstimmen:Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom  
14. Juni 1993 über Medizinprodukte**Konformitätsbewertungsverfahren:**  
nach Anhang II Absatz 3  
der Richtlinie 93/42/EWG**Klassifizierung**gemäß Anhang IX der oben Richtlinie 93/42/EWG:  
Klasse IIb, Regel 9**EG-Zertifikat Nr.**

G1 066097 0096 Rev. 02

**Benannte Stelle:**TÜV SÜD Product Service GmbH  
Ridlerstraße 65  
80339 München  
Deutschland  
Kennnummer 0123**Datum der ersten CE-Kennzeichnung:**

2021-05

Doc #: 175/21-RA-ac

Doc Rev #: 1.0

Rev date: N.A.

Gültigkeit dieser Erklärung: bis 2024-05-26

hereby declare in our own responsibility  
that the product/s**AQUAbase nX**

(article numbers see attachment I)

is/are in compliance with the following directives:

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993  
on medical devices**Conformity assessment procedure:**  
according to annex II clause 3  
of Council Directive 93/42/EEC**Classification**according to annex IX of Council Directive 93/42/EEC:  
Class IIb, rule 9**EC Certificate No.**

G1 066097 0096 Rev. 02

**Notified body:**TÜV SÜD Product Service GmbH  
Ridlerstraße 65  
80339 Munich  
Germany  
Identification number 0123**Date of first CE-marking:**

2021-05

Doc #: 175/21-RA-ac

Doc Rev #: 1.0

Rev date: N.A.

Validity of this declaration: until 2024-05-26

Melsungen, 2021-05-18



Jörn Meißbaum

Vice President CoE Active Medical Devices

Mirandola, 02-05-18



Chiara Bergamini

Director of Regulatory Affairs - Renal

## Anlage I / Attachment I

**AQUAbase nX***Elektrische Ausführung / Electrical version: 50 Hz, 400 V*

Art.-Nr. / Art. No.	Artikelbezeichnung / Article description
LA1101130	AQUAbase nX 300
LA1101160	AQUAbase nX 600
LA1101190	AQUAbase nX 900
LA1101325	AQUAbase nX 250 HT
LA1101350	AQUAbase nX 500 HT
LA1101375	AQUAbase nX 750 HT

*Elektrische Ausführung / Electrical version: 60 Hz, 208-220 V*

Art.-Nr. / Art. No.	Artikelbezeichnung / Article description
LA1101131	AQUAbase nX 300
LA1101161	AQUAbase nX 600
LA1101191	AQUAbase nX 900
LA1101326	AQUAbase nX 250 HT
LA1101351	AQUAbase nX 500 HT
LA1101376	AQUAbase nX 750 HT

Melsungen,

2021-05-18

Jörn Meibaum  
Vice President CoE Active Medical Devices

Mirandola,

2021-05-18

Chiara Bergamini  
Director of Regulatory Affairs - Renal

*Elektrische Ausführung / Electrical version: 60 Hz, 380 V*

Art.-Nr. / Art. No.	Artikelbezeichnung / Article description
LA1101132	AQUAbase nX 300
LA1101162	AQUAbase nX 600
LA1101192	AQUAbase nX 900
LA1101327	AQUAbase nX 250 HT
LA1101352	AQUAbase nX 500 HT
LA1101377	AQUAbase nX 750 HT

*Elektrische Ausführung / Electrical version: 60 Hz, 400 V*

Art.-Nr. / Art. No.	Artikelbezeichnung / Article description
LA1101133	AQUAbase nX 300
LA1101163	AQUAbase nX 600
LA1101193	AQUAbase nX 900
LA1101328	AQUAbase nX 250 HT
LA1101353	AQUAbase nX 500 HT
LA1101378	AQUAbase nX 750 HT

Melsungen, 2021-05-18

Jörn Meibaum  
Vice President CoE Active Medical Devices

Mirandola, 2021-05-18

Chiara Bergamini  
Director of Regulatory Affairs - Renal